

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 126**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 17.06.2025

 AP 126	Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CENTRALNE LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand¹⁾ 14.02 wilgotność względna 17.01 ciśnienie 19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ


KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 126 z dnia 28.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 17.06.2025 r. do 13.07.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 126 of 28.06.2019
Accreditation cycle from 17.06.2025. to 13.07.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Wilgotność względna				
Higrometry Przetworniki	w temp. 20 °C 10 %rh do 40 %rh 40 %rh do 60 %rh 60 %rh do 80 %rh 80 %rh do 95 %rh	1,5 %rh 1,8 %rh 2,2 %rh 2,5 %rh	S	Procedura wewnętrzna P.W.-HCB-02/CLAP
Ciśnienie				
Ciśnieniomierze elektroniczne - ciśnienie absolutne (czynniki gaz)	600 hPa do 1100 hPa	0,17 hPa	S	Procedura wewnętrzna P.W.-PCB-1/CLAP w oparciu o Euramet/cg-17/v.4.1
Temperatura (termometria elektryczna)				
Czujniki termometrów rezystancyjnych Przetworniki temperatury Termometry elektryczne	-30 °C do 50 °C	0,05 °C	S	Procedury wewnętrzne P.W.-TCB-2/CLAP P.W.-TCB-3/CLAP P.W.-TCB-4/CLAP

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 126

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

dnia: 17.06.2025 r.